



微信公众号

植物叶绿素含量检测试剂盒

Chlorophyll Assay Kit

分光光度法

产品编号：AK506V

产品规格：50T/48S

产品组成及保存条件：

编号	规格	储存条件
AK506-A	粉剂×1 瓶	4℃保存；

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介：

意义：植物叶绿素（chlorophyll）广泛存在于绿色植物组织中，其含量与光合作用、营养状况密切相关，是反应植物生长状况的重要指标。

原理：叶绿素 a 和叶绿素 b 在 645nm 和 663nm 处有最大吸收，根据经验公式可计算得叶绿素 a 和叶绿素 b 以及总叶绿素含量。

自备用品：

可见分光光度计、1 mL 玻璃比色皿、天平、研钵、10mL 玻璃试管、锡箔纸、丙酮。

测定步骤：

1. 称取约新鲜植物叶片或其它绿色组织，去掉中脉，称取约 0.1g，剪碎，用蒸馏水洗干净。
2. 提取液的准备：取 120mL 蒸馏水和 480mL 丙酮，充分混匀待用。
3. 加入 1mL 蒸馏水，少量 AK506-A（约 50mg），在黑暗或弱光条件下充分研磨，转入 10mL 玻璃试管。
4. 用提取液冲洗研钵，将所有冲洗液转入玻璃试管，用提取液补充至 10mL，玻璃试管置于黑暗条件下或者包上锡箔纸浸提 3h，观察试管底部组织残渣完全变白则提取完全，若组织残渣未完全变白，继续浸提至其完全变白。
5. 取浸提液 1mL 于 1mL 玻璃比色皿，提取液调零，测定 663nm 和 645nm 处吸光值，分别记为 A₆₆₃ 和 A₆₄₅。

计算公式：

1. 叶绿素 a 含量 (mg/g 鲜重)

$$= (12.7 \times A_{663} - 2.69 \times A_{645}) \times V \text{ 提} \times D \div m \div 1000$$

$$= 0.01 \times (12.7 \times A_{663} - 2.69 \times A_{645}) \times D \div m$$

2. 叶绿素 b 含量 (mg/g 鲜重)

$$= (22.9 \times A_{645} - 4.68 \times A_{663}) \times V \text{ 提} \times D \div m \div 1000$$

$$= 0.01 \times (22.9 \times A_{645} - 4.68 \times A_{663}) \times D \div m$$

3. 叶绿素总含量 (mg/g 鲜重)

$$= (20.21 \times A_{645} + 8.02 \times A_{663}) \times V \text{ 提} \times D \div m \div 1000$$

$$= 0.01 \times (20.21 \times A_{645} + 8.02 \times A_{663}) \times D \div m$$

注：V 提：提取液体积，10mL；D：稀释倍数；m：样本质量，g。

注意事项：

1. 叶绿素对光敏感，研磨和提取等操作尽量避光或者在弱光下进行
2. 一定要浸提至组织残渣完全变白，否则提取不充分。
3. 用提取液冲洗研钵一定要冲洗至所有的绿色物质被转移至玻璃试管。
4. 测定时吸光值超过 1，可进行适当稀释。