



## 植物硅检测试剂盒 Phytosilicon Assay Kit

分光光度法

产品编号: AK518V

产品规格: 50T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
AK518-A	60mL×1 瓶	4℃保存;
AK518-B	20%冰醋酸 (自备)	室温保存;
AK518-C	20mL×1 瓶	4℃保存;
AK518-D	粉剂×2 瓶	4℃保存; 临用前加入 5mL 蒸馏水溶解。试剂必须使用前配制。
AK518-E	5mL×1 瓶	4℃避光保存;

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

### 简介:

**意义:** 硅 (silicon) 是植物重要的有益营养元素, 在水稻、甘蔗和木贼等植物中甚至是必需的。硅含量的测定是评价植物硅营养状况和衡量土壤供硅水平的重要指标。

**原理:** 植物与 NaOH 溶液混合, 沸水浴中加热一小时, 可以溶解无定形的 SiO<sub>2</sub>。在浸出液中加酸中和, 用硅相兰比色法测定硅。

### 自备用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿、天平、水浴锅、离心机。

### 样品处理:

1. 植物样本 80℃ 烘干。
2. 称取过筛后的植物 0.05g, 加入 1mL AK518-A 研磨, 置于 95℃ 水浴锅加热 1 小时, 冷却至室温, 震荡混匀。10000g, 25℃, 离心 10 分钟, 取上清待测。

### 测定步骤:

1. 分光光度计预热 30 min, 调节波长到 650nm, 蒸馏水调零。
2. AK518-B 在 25℃ 水浴锅中预热 30 min。
3. 在 EP 管中依次加入下列试剂:

试剂名称	对照管 (ul)	测定管 (ul)
上清液		32
蒸馏水	32	
AK518-B	960	960
AK518-C	320	320
震荡混匀, 室温静置 5 min		
AK518-D	160	160
AK518-E	32	32
充分混匀, 室温静置 20min, 于 1mL 玻璃比色皿测定 650nm 处吸光值 A, ΔA=A 测定-A 对照		

### 计算公式:

标准曲线:  $y = 3.2x + 0.0182$ ,  $R^2 = 0.9993$

1. Si 含量 (mg/g) =  $(\Delta A - 0.0182) / 3.2 / m$
2. OD 值大于 2.0 请将样本稀释 N 倍进行实验，稀释倍数参与实验。